

点検・修理報告書

管理 No. 20190207

発行日: 2019 年 2 月 8 日

機種/型式	ICウォッシャー		
作業年月日	2019 年 2 月 7 日		作業時間: Hr
顧客名	うおさき歯科クリニック	様	TEL:
所在地	兵庫県豊岡市出石町町分398-1		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100264	運転回数: 387	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	-----------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

①循環水圧低下


原因

①循環ポンプのインペラが破損し、
水を循環できなくなっていたため、エラーが出た。

処置、作業内容

①循環ポンプの部品を交換。

特記事項



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	循環ポンプ内部品		1 式		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

うおさき歯科クリニック 日

〒668-0221 兵庫県豊岡市出石町町分391-8

ご署名 TEL 0796-52-3456 FAX 0796-52-3465




修理業者

株式会社IHIAグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者

作業者



桐野