

点検・修理報告書

管理 No. 20190226
発行日: 2019年 3月 4日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 2 月 21 日		作業時間: Hr
顧客名	せんざき歯科医院 様	TEL:	
所在地	兵庫県赤穂市元沖町10	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2017 年 6 月 8 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100232	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー7 循環水圧低下

原因

循環ポンプインペラの破損

処置、作業内容

循環ポンプ交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

〒678-0224 兵庫県赤穂市元沖町10番地

せんざき歯科医院



修理業者

株式会社IHIAグリテック TEL:0791-43-6480 FAX:0791-43-6485
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030



作業者

桐野