

点検・修理報告書

管理 No. 20190404

発行日: 2019 年 4 月 4 日

機種/型式	I C C l a v e		
作業年月日	2019 年 4 月 1 日		作業時間: Hr
顧客名	川畑歯科医院 明石駅前クリニック 様	TEL:	
所在地	兵庫県明石市大明石町1-6-1 ハピオスあかし3F	ご担当 様	
販売店	株式会社モリタ 神戸営業所	ご担当 様	
納入年月日	2016 年 11 月 16 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100206	運転回数: 122 / 100
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.12(ドアセンサー異常)、14(真空時間オーバー異常)が発生致しました。		
原因		
・真空ポンプ故障		
処置、作業内容		
・真空ポンプ部品交換作業		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

医療法人社団 川畑歯科医院
明石駅前歯科クリニック
〒673-0891
明石市大明石町1-6-1ハピオスあかし3F
TEL 078-915-2525 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	小柳