

点検・修理報告書

管理 No.

発行日: 2019年 9月 6日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019年 8月 29日		作業時間: Hr
顧客名	せんざき歯科医院	様	TEL: 0791-43-6480
所在地	兵庫県赤穂市元沖町10		ご担当: 様
販売店	株式会社モリタ 神戸営業所		ご担当: 安達 様
納入年月日	2018年 12月 18日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品: ー
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100374	運転回数: 1102
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
エラーNo. 14 真空時間オーバー異常		
エラーNo. 26 停電(サーキットプロテクタ作動)		
原因		
真空ポンプ コンデンサの容量不足による真空能力の低下。		
処置、作業内容		
真空ポンプ コンデンサの交換をいたしました。		
サーキットプロテクタの交換をいたしました。		
特記事項		
BMS-Test STEAM		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2019年 9月 6日
〒678-0224 兵庫県赤穂市元沖町10番地

せんざき歯科医院

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

TEL: 0791-43-6480 FAX: 0791-43-6485

責任技術者	作業者
79,830	三宅