

点検・修理報告書

管理 No. 20200403
発行日: 2020 年 5 月 18 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター WD-150		
作業年月日	2020 年 5 月 18 日	作業時間:	Hr
顧客名	塩見歯科医院	様	TEL:
所在地	兵庫県姫路市南新在家10-5		ご担当
販売店			ご担当
納入年月日	2015 年 3 月 16 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号:	運転回数:	回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴				
シャットダウン				
原因				
配管C がヒビ割れて 水漏れ が 発生した。				
処置、作業内容				
・配管C 交換 ・排水ホースの交換				
特記事項				
5月20日に再訪問致します。				

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償		部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2020年 5 月 18 日

ご署名 塩見周平 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者
	小 山