

点検・修理報告書

管理 No. 19427

発行日: 2020年 7月 7日

IC Washer	
作業年月日	2020 年 6 月 24 日 作業時間: 8 Hr
顧客名	川口歯科医院 様
所在地	兵庫県西宮市甲子園浦風町19-3
販売店	株式会社モリタ 神戸営業所
納入年月日	2018 年 8 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100295	運転回数: 888回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー1 漏水異常が発生した。		
原因 ・循環ラインのエルボのホースバンドが緩み、漏洩しておりました。		
処置、作業内容 ・エルボを交換し、ホースバンドを増し締めしました。		
特記事項 ・凝縮タンクの排水ポンプに異音があったので、交換いたしました。 ・ドアサイドからの水漏れがありましたので、対策いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	エルボ		1		
2	排水ポンプ		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 8月 5日
〒663-8165 兵庫県西宮市甲子園浦風町19-3
川口 歯科 医院

ご署名 川口 卓行

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	佐藤
20/07/07	20/07/07	20/07/07

点検・修理報告書

管理 No. 19302
発行日: 2020年4月30日

クラスBオートクレーブ IC Clave	
作業年月日	2020年4月21日 作業時間: 8 Hr
顧客名	川口歯科医院 様
所在地	兵庫県西宮市甲子園浦風町19-3
販売店	株式会社モリタ 神戸営業所
納入年月日	2018 年 8 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100350	運転回数: 927回
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・エラー16 蒸気注入異常が発生した。 ・エラー18 滅菌異常が発生した。		
原因 ・蒸気弁が故障しておりました。 ・蒸気用安全弁がリークしておりました。		
処置、作業内容 ・蒸気弁を交換しました。 ・安全弁を交換しました。		
特記事項 ・蒸気ヒータに大量の付着物がありました。お使いの水に含まれている成分の可能性があります。シリカ、カルシウム、マグネシウムなどを含まない精製水のご使用をお願いします。故障の恐れがあるので、蒸気ヒータとサーモスタットを交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	安全弁		2		
3	蒸気ヒータ		1		
4	サーモスタット		2		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 8 月 5 日
〒663-8165 兵庫県西宮市甲子園浦風町19-3
川口歯科医院
ご署名 川口 卓行 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 20/04/30 池	富 20/04/30 田	三 20/04/30 宅