

点検・修理報告書

管理 No. 20210045
発行日: 2021/2/4

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2021 年 2 月 4 日		作業時間: Hr
顧客名	村内歯科医院 様	TEL:	
所在地	兵庫県尼崎市猪名寺2-10-14	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2020 年 11 月 24 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100490	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

予備洗浄中に エラー が 発生する

原因

処置、作業内容

SD カード ボード の 交換

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

尼崎市猪名寺2丁目10番地4号
医療法人 村内歯科医院
06-6494-2050
ご署名: 村 内 光 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		小山