

点検・修理報告書

管理 No. 20274
発行日: 2020年11月29日

クラスBオートクレーブ IC Clave			
作業年月日	2020 年 11 月 20 日		作業時間: 8 Hr
顧客名	せんざき歯科医院 様		TEL: 0791-43-6480
所在地	兵庫県赤穂市元沖町10		ご担当 — 様
販売店	株式会社モリタ 神戸営業所		ご担当 — 様
納入年月日	2018 年 12 月 18 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100374	運転回数: 2243回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラーNo.18 滅菌異常		
原因		
・圧力センサが故障しておりました。		
・安全弁よりリークがありました。		
処置、作業内容		
・圧力センサを交換いたしました。		
・蒸気発生器用安全弁を交換いたしました。		
特記事項		
・蒸気弁に動作不良がありましたので、交換いたしました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサ		1		
2	蒸気用安全弁		1		
3	蒸気弁		1		
4					
5					
6					
7					
			部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		¥0

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒678-0224 兵庫県赤穂市元沖町10番地
せんざき歯科医院
TEL: 0791-43-6480 FAX: 0791-43-6485

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

菊池	富田	三宅
20 11 29	20 11 29	20 11 29