

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	3553	作業日/納入日	2021/07/21(水)	ご依頼日/受付	2021/07/19(月)
お得意様	(たかぎ) 高木歯科医院			様	ご依頼者
住所	兵庫県神戸市東灘区田中町1-11-19			室名	
TEL	078-411-5600			保守契約	
実施センター	TSC	TEL	078-304-5171	作業者	東田清幸
同行		同行		同行	
メーカー	IHI物流産業システム	型式	WD-150-		
機種名	ウォッシャー・デイスンフェクター	医療機器区分	3区分	特定保守	非該当
作業区分	修理	製造番号	14080143	運転回数	4298 回
完了・継続	<u>完了</u> 継続	有料・無料	有料	無料	
請求先	株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	廣瀬	見積No	

連絡事項

ご依頼内容・現象	・No.8循環水圧低下。		原因	・循環ポンプ(洗浄)及び、圧力スイッチの劣化による不具合のためエラーが発生していた。
	エラーNo・コード	No.8		

処置	☒ 部品交換	☐ 各部増締	・循環ポンプ 交換 1個。 ・圧力スイッチ 交換 1個。 ・試運転確認OK。
	☐ 各部清掃	☐ グリスアップ	
	☒ 動作確認	☐ 設定・PG確認	
	☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照)		
	☒ 試運転	☒ 異常なし	

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	T00202260	循環ポンプ	1.00	0	0		支給品
	T00201680	圧力スイッチ	1.00	0	0		支給品

作業費用					円	合計	部品合計	円	
	技術料	平日	2.0 H X	1 名 X	8,500 円 =		17,000 円	作業合計	23,480 円
	派遣料	1.0 名 X	100 円 X	26 km X	1 回 =		2,600 円		円
	宿泊費		泊 X	名 X	円 =		円		円
	諸経費				3,000 円			税別合計金額	23,480 円
			駐車場料金		880 円			消費税(10%)	2,348 円
					円			ご請求額	25,828 円
					円				

お客様への伝言

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
(東田)	高木	(東田)	(長川)	(小林)

納品書No.

3656