

点検・修理報告書

管理 No. 210107

発行日: 2021年8月3日

	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2021年7月12日		作業時間: 8 Hr
顧客名	あかまつ歯科クリニック 様		TEL: 078-754-6174
所在地	兵庫県神戸市垂水区舞多間西1-27-19		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 11 月 29 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100375	運転回数: 1425回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・異音がする。(1回だけ)		
原因		
・工場では、大きな異音は確認できませんでした。		
・蒸気弁と回水弁の動作時に少々唸り音が発生しておりました。		
・運転時に外装が少し振動していました。		
処置、作業内容		
・大きな異音はありませんでしたが、少し音や振動が発生していた箇所について対応いたしました。		
・蒸気弁、回水弁交換		
・外装に防振ゴムを取り付けました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 8 月 4 日

ご署名 赤松 佑紀



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者