

点検・修理報告書

管理 No.

210885

発行日：2022 年 1 月 11 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 12 月 23 日		作業時間：Hr
顧客名	さくら歯科 様		TEL：078-915-7820
所在地	兵庫県明石市大久保町茜2-13-18		ご担当 様
販売店	(有)大河歯科材料店		ご担当 山本様 様
納入年月日	2015 年 3 月 11 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☒ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号：14070123	運転回数：
------	---------------	-------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー10 凝縮タンク満水エラー

原因 ・凝縮タンク内もしくは排水ホース側の排水不良

処置、作業内容

- ・凝縮タンク等を注視した試運転をし再現性を見ましたが、エラーが再現しませんでした
- ・各種運転、清掃、各部動作確認を実施し清掃が発揮できていることを確認しています

特記事項

- ・試運転をし再現性を見ましたが症状が出ないため、医院様の設置状況（排水、オーバーフローホース等取り回し）を再度確認し適宜に部品交換をしつつ再設置致します

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者

株式会社 IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者