

点検・修理報告書

管理 No. 210444

発行日: 2021年10月7日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月14日 作業時間: 8 Hr
顧客名	川口歯科医院 様 TEL: 0798-41-1632
所在地	兵庫県西宮市甲子園浦風町19-3 ご担当 様
販売店	(有)吉川歯科商店 ご担当 岡部 様
納入年月日	2018 年 8 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100350	運転回数: 1494回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 1 6 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁の故障により蒸気が缶内に注入されず、エラー 1 6 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換しました。		
特記事項		
・経年劣化が見られたので、圧力センサー、マイクロSWプレートを交換しました。		
・アジャスタが破損しておりましたので、交換しました。		

交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1 蒸気弁		1		
2 圧力センサー		1		
3 マイクロSWプレート		1		
4 アジャスタ		2		
5				
6				
7				
1. 有償 2. 無償		部品代 合計		
		技 術 料		
		出 張 料		
		合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 19 日
 ご署名 泉本 千秋 印

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '21/10/07 池	小 '21/10/07 山	中 '21/10/07 山