


点検・修理報告書

管理 No. 210741
発行日： 2021 年 12 月 7 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 11 月 17 日		作業時間： Hr
顧客名	ワタセ歯科 様		TEL： 079-563-8440
所在地	兵庫県三田市対中町12-14		ご担当 様
販売店	(有)マルヤマ歯科商店		ご担当 様
納入年月日	2015 年 8 月 3 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080165	運転回数： 2596
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー3 機器内漏水		
原因		
・配管ゴムC破損による機体内部への水漏れ		
処置、作業内容		
・配管ゴムCを交換しました。		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管ゴムC		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技 術 料	
				出 張 料	
				合 計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R3 年 12 月 16 日

ご署名 佐藤 健也 (印)

修理業者
株式会社 IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '21/11/27	富田 '21/11/18	安田 '21/11/17