

D 作業報告書

指導者	水島第一病院		様	ご承認印
住所	岡山県倉敷市神田3-33		居住	
TEL	086-444-5333	室名	口腔外科	様
機種型式	BC-17	号機	回機	回
電池	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)エムシーサービス		様	ご担当者
	14070133		安田	様

ご依頼内容・現象

完了後、ドアが閉まらない。

原因

扉パッキンの劣化により扉ロックが解除されなかったと思われます。

処置

・扉パッキン交換致しました。
・扉ロックユニットのネジ増締め。
・扉ロック動作確認。・給排水点検。
・試運転。134℃短。

最終確認チェック

☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作

☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 07 月 07 日

保守形態

1 保守契約 2 性能点検 3 性能点検 4 点検整備 5 点検 (摘要✓)

9 対象

サービス形態

1 保守期間 2 保守料 3 CM 医療機器 区分 特 管 非特管

作業区分

00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 ル 60 撤去処分

70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	扉パッキン	1		支給品

1	基本・据付・点検・性能・	(見積書No.)	
2	技術料	2 H×1 名×7,500円	15,000
3	派遣料	0.5km 名×100円	3,500
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		
6			

部署長 入力 検印 納品書

岡山 西村

TEL - -

実施者

小林 赤川 久保

メモ

特記事項

①管理No. 786280

②作業日 20 16 07 07

③Uコード 0864445333

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造No. 14070133

⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50

⑧故障コード 50 - 501 - 1

⑨実施SC 41

⑩技術者 88

⑪同行・応援

⑫原因・処理 1 - 9 - 1 - 2

料金内訳

⑬A

部品代

⑭B

技術料等 18,500

⑮

⑯

税別合計金額 18,500

消費税 1,480

ご請求金額 ¥ 19,980

納品書No. 3006