

《不具合対応報告書》

担当者: 若井

【発生日】 2018 年 11 月 13 日

【対応日】 2018 年 11 月 14 日

【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 青山 22) 岡山 (090-5064-0044)

☐ユーザー

☐その他 ()

【ユーザー名 & 県名】

野坂産科医院 鳥取県

IC Washer【機番: 】

BC-17 IG-Clave【機番: 14080161】

【症状】

【症状】 エラー10発生。Xにてないので有償修理の希望。
(モリタに指示内容) 代替交換交通費 24,000円 - スポイト 64,000円 (組立費 9,000円/箱)
- 代替あるか後 見積りOKしてから修理する。

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【対応方法】 ☒引取り修理 (代替機no. 13090029)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐水

☒水 & お湯

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ()

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☒リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☒網バスケット

【備考】

WD-150E設置あり
使用モード 洗浄のみ (熱水消毒機能なし)
フェイスガード 弁組みして使用している 弁組度は不明
歯科器材が錆びるとの事 弁組みしての事

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】

医療機器の貸出に関する確認書

返却確認日 年 月 日

貸出元 株式会社IHIアグリテック
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

貸出先 鳥取県米子市福市1725番地の1
所在地 〒 医療法人社団野坂歯科医院
管理責任者 理事長 野坂百樹
氏名



貸出目的

☐デモ
☐研修

☐臨床使用
☐研究目的

☐緊急時対応
☐納期遅延対応

☒故障・修理対応
☐その他()

品名	数量	設置場所	期間	症例数
Bc-17 シリアルno.(13090029)	1	野坂歯科医院様	2018.11.14~	

●貸出期間中の費用負担:

- 1.当該医療機器の設置
- 2.撤去
- 3.保守・修理費
- 4.消耗品等
- 5.その他の費用

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

〈お取引先商店名〉

〈ご担当者名〉

- ・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。
- ・貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。
- ・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。