

点検・修理報告書

管理 No. 20190203
発行日: 2019 年 2 月 5 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 2 月 5 日		作業時間: Hr
顧客名	のざき小児歯科	様	TEL:
所在地	岡山県岡山市中区八幡19-8		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2018 年 3 月 8 日	保証期間 内 ☒ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100275	運転回数: 537 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
エラー 1 機器内漏水			
原因			
循環ライン継手からの水漏れ			
処置、作業内容			
循環ライン継手の交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日
岡山市中区八幡19番地8
TEL 086-275-1827
ご署名 医療法人のざき小児歯科印

理事長 小野任寿 様 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030



日 尚