

点検・修理報告書

管理 No. 210614

発行日: 2021年10月27日

IC Clave	
作業年月日	2021年10月21日 作業時間: 8 Hr
顧客名	本荘歯科クリニック 様 TEL: 0857-27-6488
所在地	鳥取県鳥取市古海673-3 ご担当 様
販売店	サンライズデンタル ご担当 宮脇 様
納入年月日	2020 年 9 月 18 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 300075	運転回数: 588回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー14 真空時間オーバー異常が発生した。		
原因		
・圧力センサーに水が侵入し、一時的に検知圧力にズレが生じたと考えられます。そのため規定圧力に到達するまでの時間がかかり、エラー14が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・圧力センサーを交換しました。		
・圧力センサーに水が侵入しないように対策しました。		
特記事項		
・ドアパッキンの劣化が激しいので、交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	圧力センサー		1		
2	ドアパッキン		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☒ 2. 無償 ☐	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒680-0921 鳥取県鳥取市古海664-16

本荘歯科クリニック

本 荘 真 也

ご署名 0857-27-6488

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
21/10/27	21/10/27	21/10/27