

点検・修理報告書

管理 No. 210932

発行日: 2022年1月7日

IC Clave	
作業年月日	2021年12月28日 作業時間: 8 Hr
顧客名	倉敷中央病院リバーサイド 様 TEL: 086-448-1111
所在地	岡山県倉敷市鶴の裏2-6-11 ご担当 様
販売店	三宅歯科商店 ご担当 岡本 様
納入年月日	2016 年 6 月 30 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100129	運転回数: 2908回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー16 蒸気注入異常が発生した。		
2. エラー18 滅菌異常が発生した。		
原因		
・蒸気弁の動作不良が確認できました。		
1. 蒸気弁の動作不良により、蒸気が注入されず、エラー16が発生したと考えられます。		
2. 蒸気弁の動作不良により、蒸気が注入されず、滅菌温度が維持できないためにエラー18が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
・蒸気弁を交換しました。		
特記事項		
・最新の状態にバージョンアップいたしました。		
・回水弁も交換しました。		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	回水弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

R4 年 / 月 / 日

井 知 恵 子



修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	小山	三宅
22/1/7	22/1/7	22/1/7