

点検・修理報告書

管理 No. 210832

発行日: 2021年12月16日

IC Clave	
作業年月日	2021年12月13日 作業時間: 8 Hr
顧客名	平松歯科医院 様 TEL: 086-250-4618
所在地	岡山県岡山市北区野田3-1-13 ご担当 様
販売店	三宅歯科商店 ご担当 三宅 様
納入年月日	2019 年 9 月 24 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100439	運転回数: 1313回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 2 6 停電異常が発生した。

原因

・サーキットプロテクタが作動し、切れておりました。

・製品には異常はありません。サーキットプロテクタが定格よりも少し高感度になっており、正常な運転状態で作動してしまいました。

処置、作業内容

・サーキットプロテクタを新品交換いたしました。

特記事項

・最新の状態にバージョンアップいたしました。

・蒸気弁、真空弁にうなり音が発生しておりましたので、交換いたしました。

・念のため回水弁も交換しました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	サーキットプロテクタ		2		
2	蒸気弁		1		
3	回水弁		1		
4	真空弁		1		
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 12 月 23 日

ご署名 平松 元貴 

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		