

ウォッシャーディスインフェクター WD-150 設置報告書

株式会社IHシバウラ

環境事業部 環境安全部

〒704-8122 岡山県岡山市東区西大寺新地170番6

TEL086-944-6528
FAX086-942-9030

お客様	名称	中西歯科医院	製造番号	14060100	ご確認 村 上
	住所	広島市南区比治山本町16-35	納入日	2014.11.16	
	納入場所	広島市南区比治山本町16-35	納入検査・会社・実施者	(株)IHシバウラ 田	

項目

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
洗剤ポンプ	✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付		✓	入力・出力確認
	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価		インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓	付属品の確認
	✓	外部排水ホースの取付状態、水漏れ		✓	運転説明
				✓	装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示LEDの点灯			
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ			

備考

