

ウォッシャーディスインフェクター
IC Washer 設置報告書



株式会社IHIシバウラ

機械事業本部 営業サービス部

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL(086)944-6528FAX(086)942-9030

NO. 00000

お客様	名称	広島高等歯科衛生士専門学校 様	製造番号	100180	ご確認 藤田
	住所	〒732-0057 広島県広島市東区二葉の里3丁目2-4 TEL 082-246-7676	納入日	2017年1月20日	
モリタ・営業所・担当・TEL 株式会社モリタ 広島支店 石本 様			納入検査・会社・実施者 株式会社 IHIシバウラ 富田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア	✓	開閉動作確認	外装・設置	✓	本体の水平確認・基準傾き内
	✓	ドアパッキンキズ・汚れ点検		✓	アジャスタフットの緩み・設置状態
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	キズ・汚れ
	✓	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ドア開放スイッチON時の開放状態	制御	✓	運転プログラムの確認
✓	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	✓		入力・出力確認	
洗剤ポンプ	✓	洗剤ホースの折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ	性能評価	✓	インジケーターによる残渣判定(TOSI)
	✓	洗剤投入量の確認			
	✓	ローラーポンプの動作確認			
	給排水	✓	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	その他	✓
✓		ジョイントLの取付状態、水漏れ 50HZ	✓		運転説明
			✓		装置内運転時異音・振動
電装系	✓	電源スイッチの作動状態	運転検査結果		トシ
	✓	SDソケットの反応・汚れ	良好		
	✓	行程表示槽内LEDの点灯	設置クリアランス		
	✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ	良好		

