

クラスB オートクレーブ BC-17点検表

お客様	名称	ファミリア歯科 様	製造番号	13100041	点検実施日	2016年 3月 14日	ご承認印 佐藤
	住所	広島県安芸郡府中町青崎東1-6ロイヤルビュー安芸102	運転時間	1102回 時間	点検実施者	エムシーサービス㈱西村	
	納入場所		サービス形態	定期保守点検	モリタ担当部署		

計装(安全)

- ☒ 圧力計0点指示誤差
- ドア
 - ☒ フック検出スイッチの取り付け状態・作動確認
 - ☒ 開閉ハンドル取付け状態・動作確認
 - ☒ フック取付け状態・動作確認
 - ☒ フックパネ・フック蝶番ピンの取り付け状態
 - ☒ ビス・ナット・ホーローセット増し締め
 - ☒ ドアカバーの取り付け状態・割れ
 - ☒ フック検出ユニット作動確認
 - ☒ ドアロックユニット作動確認
 - ☒ 蓋板のキズ・汚れ

缶体

- ☒ 割れ・キズ・腐食・汚れの有無
- ☒ 滅菌温度センサの汚れ
- ☒ 網カゴの破損・汚れ
- ☒ 缶内ストレーナーの損傷・汚れ

配管系

- ☒ フッ素樹脂チューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ シリコンチューブ・継手の損傷・漏れ
- ☒ 給気弁の作動状態・漏れ
- ☒ 排蒸弁の作動状態・漏れ
- ☒ 真空・乾燥弁の作動状態・漏れ
- ☒ 滅菌弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ドレン弁の作動状態・漏れ(3方弁)
- ☒ ストレーナーの汚れ
- ☒ 排水・給水タンク水抜きコネクタの漏れ・破損
- ☒ 安全弁(滅菌室)の漏れ
- ☒ 安全弁(蒸気発生器)の漏れ
- ☒ ダンプナーの漏れ・溶接割れ
- ☒ 大気圧検知圧力スイッチの作動状態・漏れ
- ☒ ラジエーターの取り付け状態・漏れ

蒸気発生器

- ☒ ソケット他溶接割れ・漏れ
- ☒ フランジパッキン漏れ
- ☒ ヒーター取り付け状態・漏れ
- ☒ 空焚き防止器・温度センサ取り付け状態
- ☒ 電磁ポンプの作動状態・異音・漏れ
- ☒ 逆支弁の作動状態・漏れ

真空ポンプ

- ☒ 水漏れ・異常音の確認
- ☒ 真空到達度

給水タンク

- ☒ 給水タンクの損傷・漏れ
- ☒ 下部給水弁の漏れ
- ☒ 蓋・取っ手の損傷・割れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

排水タンク

- ☒ タンクの汚れ・漏れ
- ☒ フロートスイッチの作動状態・汚れ

電装系

- ☒ タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
- ☒ ディスプレイの色あせ・表示確認
- ☒ 電源スイッチの作動状態
- ☒ 行程表示LEDの点灯
- ☒ 電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
- ☒ 各基板のコネクター緩み確認
- ☒ 端子の緩み・コネクターの接続確認
- ☒ 配線の変色・損傷有無・結束状態
- ☒ 圧力センサーの取付け状態・入力確認
- ☒ ヒーター配線の緩み・変色有無(ボイラー・乾燥)

外装・設置

- ☒ 本体の水平確認・基準傾き内
- ☒ アジャスタフットの緩み・設置状態
- ☒ キズ・汚れ
- ☒ 制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷

制御

- ☒ 運転プログラムの確認
- ☒ 入力・出力確認
- ☒ 試運転プログラムの実行・異常動作の有無

消耗品

- ☒ ドアパッキンの損傷・劣化・汚れ
- ☒ エアフィルターをつまみ・汚れ

性能評価

- ☒ B&Dテスト実施
- ☒ ケミカルインジケーターによる判定
- ☒ リークチェック
- ☒ キャリブレーションの実施(温度・圧力)

※点検の結果、改めて交換・修理の必要がある場合は◎を付ける。

運転確認

合格

交換部品 (名称・型式)	数量
ドアパッキン	1

株式会社HISHIWAURA

機械事業本部営業部 営業サービスG

〒704-8122岡山県岡山市東区西大寺新地170-6

TEL 086-944-6628 FAX086-942-9030

D 作業報告書

お得意様	ファミリー薬科		様	ご承認印
住所	広島県安芸郡府中町青崎東1-6		佐藤	
TEL	082-287-1128	署名		様
機種型式	BC-17 (ホルタル-7)	号機	1102	回
継続	有	無料	製番	13100041
取扱業者名	(株) H1 サービス		ご担当者	中澤 様

ご依頼内容・現象

点検

原一因

処置

別紙点検表に基づく点検。
試運転、動作チェック。
漏れチェック。
7/8 84088

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er
☐ 漏れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 03 月 14 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検	4 点検整備	5 点検	6 対象外	(摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 スポット	3 CM	4 医療機器	5 区分	6 特管	7 非特管
作業区分	00 製品販売	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 コール
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 EC	80 アフター
							90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分
出発時間 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

001-0046-0	ドパイン	1		4,600
<Tool00460>				

1	基本・据付・点検・性能検	(見積書No.)	
2	技術料	H× 名× 円	16,400
3	派遣料	300KM 冬× 100 円	30,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費	高速代	8,060
6			

サービスセンター	岡山	実施者	西村
TEL	-		

メモ
特記事項

①管理 No.	780792
②作業日	20 16 03 14
③Uコード	0822871128
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造 No.	13100041
⑦保守・サービス形態	9-3-80
⑧故障コード	00-999-9
⑨実施SC	71
⑩技術者	88
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

料金内訳

⑬A	部品代	4,600
⑭B	技術料等	54,460
⑮		

⑮	税別合計金額	59,060
---	--------	--------

B	消費税	4,724
---	-----	-------

ご請求金額 ¥	63,784
---------	--------

納品書 No.	9956
---------	------