

D 作業報告書

依頼様	大名産科医院		様	ご承諾印
住所	広島県三次市前田敷馬40-5		大倉	
TEL	0824-62-0418	署名		様
機種型式	WD-150	号機	727	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	(株)エムシーサービス		様	ご担当者
	13100044		安田	様

ご依頼内容・現象

定期保守点検

原因

処置

最終確認チェック ☒ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☒ 試運転 ☒ 最終検査終了

お客様への伝言

隣の機器のコンディション

メーカー

機種

☐ 異常なし ☐ 警報・Er

☐ 漏れあり ☐ 異音あり

☐ 破損あり ☐ 劣化あり

部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 16 年 05 月 24 日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 性能点検	4 点検整備	5 点検	対象外 (摘要)
サービス形態	1 保守期間	2 保守時間	3 CM	医療機器	区分	特 非特
作業区分	00 製品取説	10 納入設置	11 現地調整	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

(24時間で記入)

受付時間	月	日	時	分
出発時間	月	日	時	分
到着時間	月	日	時	分
作業完了時刻	月	日	時	分

メモ

特記事項

①管理No.	780829
②作業日	20 16 05 24
③Uコード	0824620418
④⑤機種コード	11 - 09
⑥製造No.	18100044
⑦保守・サービス形態	9-2-20
⑧故障コード	00-999-9
⑨実施SC	47
⑩技術者	88
⑪同行・応援	
⑫原因・処理	9-9-1-2

コード 交換部品・機材名称 数量 単価 金額

00203190	洗剤付アタッチメント	2	1,400	2,800
00202460	HEPAフィルター	1		14,700
00202300	入口フィルター	2	520	1,040
00201150	風パッキン L-1500	1		1,050
00201120	" L-500	1		790
	循環ポンプ	1		141,480

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 H× 名× 円	11,620
3	派遣料 255KM 8× 100 円	25,500
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費 高速代	3,880
6	ポンプ交換	5,000

サイン	岡山	実施者	西村
TEL	-		

部署長	入力	検印	納品書
	小林	栗原	久保

料金内訳

⑬A	部品代	20,380
----	-----	--------

⑭B	技術料等	46,000
----	------	--------

⑮		
---	--	--

⑯	税別合計金額	66,380
---	--------	--------

	消費税	5,310
--	-----	-------

ご請求金額 ¥	71,690
---------	--------

納品書No.	1557
--------	------