

D 作業報告書

お客様 (株) IHI シンバウラ	様	ご承認印
住所 岡山県	富田	
TEL 086-944-6528	室名	ご依頼
機種 修理サポート	号機	運転回数
完了	継続	材料
無料	製番	
取扱業者名 (株) IHI シンバウラ	様	ご担当者 安田

ご依頼内容・現象

・BC-17/13100054 うらさきカ/6
E31 缶内加圧異常

原因

熱気発生器ヒータ交換
試運転

処置

最終確認チェック

☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作

☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言

調の機器のコンディション

メーカー

機種

☐異常なし ☐警報・Er

☐漏れあり ☐異音あり

☐破損あり ☐劣化あり

部位

☐別紙添付 ☐あり ☐なし

作業日 20 16 年 06 月 01 日

保守形態

1 保守契約 ☐ 2 性能点検 ☐ 3 点検整備 ☐ 4 点検整備 ☐ 5 点検 ☒ 6 対象外 (摘要)

サービス形態

1 保守期間 ☐ 2 ポット ☒ 3 CM ☐ 4 医療機器 ☐ 5 区分 ☐ 6 特管 ☐ 7 非特管 ☐

作業区分

00 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調整 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☒ 50 撤去移設 ☐ 60 撤去移設 ☐

70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 アフター ☐ 90 その他 ☐

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 8 H×1 名×5000 円	40,000
3	派遣料 名× 円	
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

サインセンター

岡山

実施者 西村

TEL - -

メモ

特記事項

①管理 No. 780836

②作業日 20 16 06 01

③Uコード 0869446528

④⑤機種コード 11 - 09

⑥製造 No.

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 99-999-9

⑨実施SC 41

⑩技術者 88

⑪同行・応援

⑫原因・処理 9-9-1-2

料金内訳

⑬A

部品代 0

⑭B

技術料等 40,000

⑮

⑯

税別合計金額 40,000

消費税 3,200

ご請求金額 ¥ 43,200

納品書 No. 1817