

D 作業報告書

お客様 (株)IHJシバウラ様	ご承認印 (株)IHJ 三バウラ安田
住所 岡山県	
TEL 086-944-6528	署名 様
機種 修理サポート	号機 回
継続 有料 無料 製番	ご担当者 安田 様

ご依頼内容・現象
・BC-17/13100054 55さきD/C
E31 缶内加圧異常

原因
前日、継続作業
真空乾燥弁の不具合 交換
試運転、正常動作

処置

最終確認チェック
☐漏れ ☐行程異常 ☐異音・異臭 ☐安全装置動作
☐絶縁 ☐プログラム設定 ☐試運転 ☐最終検査終了

お客様への伝言
 隣の機器のコンディション
 メーカー
 機種
☐異常なし ☐警報・Er
☐漏れあり ☐異音あり
☐破損あり ☐劣化あり
 部位
☐別紙添付 ☐あり ☐なし

作業日 20 16 年 06 月 02 日

保守 状態
☒契約 ☐2 性能点検 ☐3 性能点検 ☐4 性能点検 ☐5 点検 ☒外 (摘要√)

サービス 形態
☒保守 ☒スポン ☐3 CM ☐医療機器 ☐区分 ☐特 ☐非特

作業 区分
 00 製品販売 10 納入設置 11 現地調整 20 定期点検 30 性能検査 40 点検 50 ル 60 撤去
 70 PR 72 取扱説明 73 改造 74 部品納入 75 下見 77 FC 80 アフター 90 その他

(24時間で記入)

受付時間 月 日 時 分
 出発時間 月 日 時 分
 到着時間 月 日 時 分
 作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 8 H× 1 名× 5,000円	40,000
3	派遣料 名× 円	
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	
6		

サインセンター
 岡山 実施者 西村
 TEL - -

メモ

特記事項

①管理 No. 780837
 ②作業日 20 16 06 02
 ③Uコード 0869446528
 ④⑤機種コード 11 - 09
 ⑥製造 No.
 ⑦保守・サービス形態 9 - 2 - 50
 ⑧故障コード 99 - 999 - 9
 ⑨実施SC 41
 ⑩技術者 88
 ⑪同行・応援
 ⑫原因・処理 9 - 9 - 7 - 2

料金内訳

⑬A
 部品代 0
 ⑭B
 技術料等 40,000
 ⑮
 ⑯
 税別合計金額 40,000
 消費税 3,200
 ご請求金額 ¥ 43,200
 納品書 No. 1818