

点検・修理報告書

管理 No. 20180267

発行日: 2018 年 6 月 7 日

機種/型式	ICクレーブ		
作業年月日	2018 年 6 月 7 日		作業時間: Hr
顧客名	しらがみ歯科クリニック	様	TEL: 0856-31-0202
所在地	島根県益田市久城町911-2		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2016 年 10 月 5 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 100169	運転回数: 1655 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴 ・真空ポンプの大きい			
原因 ・真空ポンプが劣化している			
処置、作業内容 ・真空ポンプを交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

 BMS-Test 

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

30 年 6 月 20 日

ご署名 白上 憲和 

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者

川本