

《不具合対応報告書》

担当者: 小山

【発生日】 年 月 日

【対応日】 2018 年 10 月 22 日

【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 広島 金藤)

☐ユーザー

☐その他 ()

【ユーザー名&県名】 ユーブ 栄立歯科 広島

IC Washer【機番: 100266】

【症状】

たまにエラーが出る。

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☒その他 ()

エラーが出る可能性がある原因の説明

【給水方法】 ☒水

☒水&お湯 給排水とも装置の右側

【ラック種類】 ☐標準ラック

☒ハンドピース用ラック

吸引管並での使用。

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☒無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☒無

【備考】

タッチパネル Ver. 1.07

CPU Ver. 10/2

運転回数 534回 (10/22)

※ 洗剤遅延検知 60秒に変更

IC Clave【機番: 100345】

【症状】

エラー30がたまに発生。

【対応方法】 ☒引取り修理 (代替機no. 86)
(100179)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☒アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ()

【滅菌バッグ】 ☒ディスポ

☐リユース

【網の種類】 ☒トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】 ユンボ ヴァリエ 上

【備考】

・ Ex Clave II 2台使用。

・ サーボクレーブ (東邦) 1台使用。

医療機器の貸出に関する確認書

2018 年 10 月 22 日
返却確認日 年 月 日

貸出元 株式会社IHIアグリテック
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

貸出先 広島市安佐南区中須二丁目20-39
所在地 〒 コープ共立歯科
電話番号
管理責任者 所長 重平哲哉
氏名

印
(必ずお願いします)

貸出目的

- ☐デモ ☐臨床試用(有効性・安全性、操作性等の確認) ☐緊急時・災害時対応 ☐事故・故障対応
☐研修 ☐研究目的・公益的研究活動 ☐納期遅延対応 ☐その他()

品名・メーカー名・規格型式	数量	使用者名／設置場所	期間	症例数
IC clave no. 100179 デモ機 No. 86	1	コープ共立歯科 様		

●貸出期間中の費用負担:

- 1.当該医療機器の設置:
- 2.当該医療機器の撤去:
- 3.貸出期間中の保守・修理:
- 4.貸出期間中の消耗品:
- 5.その他の費用:

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

お取引先商店名:

ご担当者名:

- ・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。
- ・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。