

D) 作業報告書

お得意様	ひで歯科クリニック 様		ご承認印	
住所	山口市中央4-1-1			
TEL	083-902-2225	重名		依頼
機種型式	IC Washer	号機	753	回
完了	継続	有料	無料	製番
取扱業者名	様		ご担当者	様

ご依頼内容・現象

エラー：循環水圧低下が発生し、洗浄・消毒ができない

原因

循環ポンプ作動不良の為
(内部ペラ固着)

処置

- ・循環ポンプ交換、作動確認
- ・循環回路漏水チェック
- ・正規な位置にて設置後、実運転(90℃ 乾仕お)立会い。動作・漏水チェック。

最終確認チェック

☐ 濡れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作
☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言

戻の機器のコンディション
 メーカー
 機種
☐ 異常なし ☐ 弊廠・他
☐ 濡れあり ☐ 異音あり
☐ 破損あり ☐ 劣化あり
 部位

☐ 別紙添付 ☒ あり ☐ なし

作業日 20 18 年 2 月 15 日

保守形態

☒ 1 保守契約 ☐ 2 故障修理 ☐ 3 点検 ☐ 4 点検 ☐ 5 点検 ☒ 9 点検 (摘要)

サービス形態

☐ 1 保守契約 ☒ 2 故障修理 ☐ 3 CM ☐ 医療機器 ☐ 3 区分 ☐ 4 区分 ☐ 5 区分

作業区分

☐ 01 製品販売 ☐ 10 納入設置 ☐ 11 現地調査 ☐ 20 定期点検 ☐ 30 性能検査 ☐ 40 点検 ☒ 50 点検 ☐ 60 搬去移設
☐ 70 PR ☐ 72 取扱説明 ☐ 73 改造 ☐ 74 部品納入 ☐ 75 下見 ☐ 77 FC ☐ 80 7 年 ☐ 90 その他

メモ

特記事項

請求：IHエプソン

①管理No 800010

②作業日 20 18 02 15

③Uコード 0839022225

④⑤機種コード 11 - 74

⑥製造No 100274

⑦保守・サービス形態 9-2-50

⑧故障コード 32-202-1

⑨実施SC 68

⑩技術者 37

⑪同行・応援

⑫原因・処理

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	循環ポンプ	1	(支給品)	

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術科 3 H× 1 名× 8,000 円	24,000
3	派遣料 往復210km×1 名× 100 円	21,000
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費 (運送料込)	5,000
6	高圧料金 (小倉南⇄小郡)	5,460

サイン/スタンプ

北九州SC TEL 093-284-5500

実施者 久岡

部署長 検印 入力 納品書

曾我 30.2.21 部
 長川 30.2.21 部
 久保 部
 小林 部

料金内訳

⑬A 部品代

⑭B 技術料等 55,460

⑮

⑯ 税別合計金額 55,460

⑰ 消費税 4,436

ご請求金額 ¥ 59,896

納品番号 9909