

点検・修理報告書

管理 No. 20181003
発行日: 2018年 10月 4日

機種/型式	ICクレーブ		
作業年月日	2018 年 10 月 3 日		作業時間: Hr
顧客名	公立みつぎ総合病院 様	TEL: 0848-76-1111	
所在地	広島県尾道市御調町市124	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100062	運転回数: 1305回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー15 蒸気発生器加熱時間オーバー異常			
原因			
・蒸気ヒーターの故障			
処置、作業内容			
・蒸気ヒーターを交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
			1. 有償 2. 無償	部品代 合計	
				技術料	
				出張料	
				合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名



修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者	作業者