

《不具合対応報告書》

担当者: 工ヤマ

【発生日】 2019 年 5 月 24 日

【対応日】 2019 年 5 月 24 日

【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 青山)

☐ユーザー

☐その他 ()

【ユーザー名 & 県名】 岡本歯科クリニック 鳥取

IC Washer【機番: 160113】

IC Clave【機番: 】

【症状】

エー-17 ⇒ 取説通り に対処したら復旧

エー-2 ⇒ 装置をいろいろ見たが 特に問題がある様子
はない

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☒現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐水

☒水 & お湯

【ラック種類】 ☐標準ラック

☐ハンドピース用ラック

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【備考】

原因不明 → 月曜日 代替機 入替え

スフロー
NG?

↓
モリタ青山 連絡済み

【症状】

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐精製水購入

☐その他 ()

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐リユース

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

【備考】