

点検・修理報告書

管理 No. 20190617

発行日: 年 月 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2019 年 6 月 14 日		作業時間: Hr
顧客名	藤岡歯科医院	様	TEL:
所在地	広島県廿日市市地御前1-9-30		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	年 月 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 13090018	運転回数:	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
・エラー30 缶体真空異常			
原因			
・配管から圧力が漏れていた			
処置、作業内容			
・配管をつなぎ直し、漏れの確認			
・蒸気ヒーター、水ポンプ交換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気ヒーター		1 個		
2	水ポンプ		1 個		
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

2019 年 6 月 14 日
 広島県廿日市市地御前1丁目9番30号 日
 医療法人社団 つくも会
 藤岡 歯科 医院
 ご署名 TEL (0829) 36-1666

修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL:086-944-6528
 FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
富田	安田
19.6.14	19/06/14