

点検・修理報告書

管理 No.

発行日： 2019年 3月 25日

機種/型式	クラスBオートクレーブ IC Clave		
作業年月日	2019 年 3 月 18 日		作業時間： Hr
顧客名	みどり歯科 様		TEL：
所在地	広島県広島市西区南観音2-5-41		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 1 月 12 日 保証期間 内 ☐ 外 ☐		付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 100174	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴 エラー16蒸気注入異常		
原因 蒸気弁の故障		
処置、作業内容 蒸気弁を交換致しました		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

広島県西区南観音2丁目5-41
みどり歯科
山崎 利恵

ご署名

修理業者

株式会社IHアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

責任技術者	作業者
19.3.25	小柳