

点検・修理報告書

管理 No. 20190278

発行日: 2019 年 4 月 18 日

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2019 年 4 月 18 日		作業時間: Hr
顧客名	広島高等歯科衛生士専門学校	様	TEL:
所在地	広島市東区二葉の里3-2-4		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 5 月 7 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100180	運転回数: 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	---------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エラー10 処理中のドア開放異常

原因

ドアリミットスイッチの接触不良

処置、作業内容

ドアリミットスイッチの調整

特記事項

※ 給水, 給湯 閉めています。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

31 年 4 月 18 日


ご署名 広島高等歯科衛生士専門学校 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL: 086-944-6528
FAX: 086-942-9030

責任技術者

作業者



小
山