

<<客先対応報告書>>

案件No. 19059

電話受付: 庚 関

現地対応:

送り状番号:

【症状・エラーコード】
 エラー11... 蒸気発生器高温異常
 11/7の夕方~夜にかけて発生。
 11/8期から使う度にエラーが出る。
 前回10/2エラー2が出ている。

【運転情報】

運転回数：(	)回	※前回メンテからの運転回数	
保守点検：	☐ 有 ☐ 無	☐ 販売店確認	
修理方法：	☐ 有償 ☐ 無償	☐ 販売店確認	
備考：(	)		

※ 消耗品の使用回数など

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【現地対応者コメント・所感】

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無