

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】	2019 年 9 月 28 日	【対応日】	2019 年 10 月 2 日
【連絡元】	☒ モリタ(担当者: 広島 藤田) ☐ ディーラー(担当者:) ☐ ユーザー ☐ その他()		
【所在地&ユーザー名】	こやき歯科医院 山口県		

案件No. 19002
 電話受付:
 現地対応:
 送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ IC Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100380)

【症状・エラーコード】
 E7-26 サキットプロテクター

【対応方法】
☒ 預かり修理(代替機No.)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
 ☐ その他 ()

【運転情報】
 総運転回数:()回 定期メンテ:()回
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()

【給水方法】
 <ICW・WD>
☐ 水 ☐ 生成器
☐ 水&温水 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【ラック・バスケット種類】
 <ICW・WD>
☐ 標準ラック <ICC・BC>
☐ ハンドピースラック ☐ トレー棚
 <止水プラグ使用> ☐ 網バスケット
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】
☐ 有 ☐ 無

【設置場所】
☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【備考】