

<< 客先対応報告書 >>

【発生日】 2020 年 5 月 7 日 【対応日】 2020 年 5 月 8 日
 【連絡元】 ☒ モリタ(担当者: 岡本 青木 様) ☐ ディーラー(担当者: 玉井 歯科商店)
☐ ユーザー ☐ その他()
 【所在地&ユーザー名】 岡本歯科 クリニック 鳥取

案件No. 20062

電話受付: 小山

電話・現地対応: 小山・毛利青木様

送り状番号:

【機種】
 IC Washer ・ C Clave ・ WD-150 ・ BC-17
 (機番: 100367)

【症状・エラーコード】

エラー12 ドアセンサー異常

【対応方法】

- ☒ 預かり修理(代替機No. 100384)
☐ 現地対応
 対応内容: ☐ 部品交換()
☐ その他 ()

【運転情報】

運転回数: ()回 ※前回メンテからの運転回数
 保守点検: ☐ 有 ☐ 無 ☐ 販売店確認
 修理方法: ☐ 有償 ☐ 無償 ☐ 販売店確認
 備考: ()

※ 消耗品の使用回数など

【給水方法】

- <ICW・WD>
☐ 水
☐ 水&温水
 <ICC・BC>
☐ 生成器
 (アイオニー・)
☐ 精製水購入

【設置場所】

- ☐ 作業台上 ☐ シンク下
☐ その他()

【ラック・バスケット種類】

- <ICW・WD>
☐ 標準ラック
☐ ハンドピースラック
 <止水プラグ使用>
☐ 有 ☐ 無
 <SUSフィルター洗浄>
☐ 有 ☐ 無
 <ICC・BC>
☐ トレー棚
☐ 網バスケット

【現地対応者コメント・所感】

【滅菌バッグ(ICC・BC対応時のみ)】

- ☐ 単回使用 ☐ 複数回使用

【ハンドピースの滅菌(ICC・BC対応時のみ)】

- ☐ 有 ☐ 無