


点検・修理報告書

管理 No.

発行日：2020年 12月 15日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2020 年 月 日	作業時間： 4 Hr	
顧客名	うらさき歯科 様	TEL：	
所在地	広島県三原市明神2-11-10	ご担当 様	
販売店		ご担当 様	
納入年月日	2014 年 7 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060073	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
シャットダウン		
原因		
・ 機器内に配管Cより漏水で電源落ちたと想定されます。		
処置、作業内容		
・ 機器内清掃水漏れ箇所修理して運転確認		
特記事項		



	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・ 内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・ 本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2020年 12月 16日

うらさき歯科

ご署名 裏崎 英之 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	環境PJサービス 安田
20/12/14	20/12/14	20/12/14