

点検・修理報告書

管理 No. 20204585
発行日: 2021/1/6

機種/型式	ウォッシャーディスインフェクター IC Washer		
作業年月日	2021 年 1 月 6 日		作業時間: Hr
顧客名	みどり歯科	様	TEL:
所在地	広島市西区南観音2-5-41		ご担当 様
販売店			ご担当 様
納入年月日	2017 年 1 月 12 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目	定期点検シール記入 ☐	
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐	修理表示貼付 ☐	

装置情報	製造番号: 100184	運転回数: 138/1776 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
------	--------------	------------------	--

不具合状況、依頼内容、異常履歴

エー-1 機器内漏水

原因

循環ホース継手からの水漏れ

処置、作業内容

循環ホース継手
増締め

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技術料		
			出張料		
			合計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

年 月 日

ご署名

山崎 利恵

印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		小 山