

点検・修理報告書

管理 No. 20210158
発行日: 2021/2/16

機種/型式	クラスBオートクレープ IC Clave		
作業年月日	2021 年 2 月 16 日		作業時間: Hr
顧客名	中西歯科医院 様	TEL:	
所在地	広島市南区比治山本町16-35 広島産業文化センター12F	ご担当	様
販売店		ご担当	様
納入年月日	2020 年 11 月 10 日	保証期間 内 ☐ 外 ☐	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☐ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号: 300092	運転回数: 330 回	運転回数リセット: ☐ 実施 ☐ 未実施
不具合状況、依頼内容、異常履歴			
排水 コネクター から の 水 漏 れ			
原因			
排水 コネクター の ゴミ 詰 り			
処置、作業内容			
排水 コネクター の 交 換			
特記事項			

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

〒732-0816 広島市南区比治山本町16-35
広島産業文化センター12F

医療法人 あした会 中西歯科医院

ご署名 理事長 中西保 印

修理業者

株式会社IHIアグリテック
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

電話082-251-6480 FAX082-251-6486
小 山