

点検・修理報告書

管理 No. 20961

発行日: 2021年6月22日

IC Clave	
作業年月日	2021年6月18日 作業時間: 8 Hr
顧客名	上田ひろた歯科医院 様 TEL: 082-942-6111
所在地	広島県広島市佐伯区五日市町大字石内6782-1 ご担当 様
販売店	ご担当 様
納入年月日	2016 年 3 月 16 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100074	運転回数: 3137回
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
1. エラー 1 4 真空時間オーバー異常が発生した。		
2. エラー 1 6 蒸気注入異常が発生した。		
原因		
1. 真空ポンプの吸引性能が低下しておりました。		
2. 蒸気弁の作動不良が確認できました。蒸気弁が開かないために、缶内の温度が上昇せず、エラー 1 6 が発生したと考えられます。		
処置、作業内容		
1. 真空ポンプを交換しました。		
2. 蒸気弁を交換しました。		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	真空ポンプ		1		
2	蒸気弁		1		
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
	技 術 料	
	出 張 料	
	合計	

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 6 月 25 日

ご署名

上田 浩大



修理業者

株式会社IHIアグリテック
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
池	田	村