

点検・修理報告書

管理 No. 210780
発行日：2021 年 12 月 24 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2021 年 12 月 23 日		作業時間： 6 Hr
顧客名	メープルヒル病院 歯科 様	TEL： 0827-57-7451	
所在地	広島県大竹市九波5-2-1		ご担当 様
販売店	(株)東歯科商店		ご担当 打越 様
納入年月日	2015 年 9 月 13 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14080167	運転回数：
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・エラー 3 機器内漏水		
原因		
・循環ラインの配管ゴムCより水漏れ		
処置、作業内容		
・配管ゴムC交換		
・各種点検・清掃・運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	配管ゴムC		1		
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報は、他の目的では使用いたしません。

2022 年 1 月 14 日

ご署名 齋藤 寿代 印

修理業者

株式会社 IHI物流産業システム
環境ソリューションBU サービスグループ
岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池	富田	安田
'21/12/24	'21/12/24	'21/12/24
池	田	田