

点検・修理報告書

管理 No. 210953
発行日：2022 年 1 月 25 日

機種/型式	BC-17		
作業年月日	2022 年 1 月 21 日		作業時間： 8 Hr
顧客名	河上歯科医院 様		TEL： 0848-22-2882
所在地	広島県尾道市西則末町8-20		ご担当 様
販売店	(株)玉井歯科商店		ご担当 佐々木 様
納入年月日	2014 年 7 月 21 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 13100053	運転回数： 6327
------	----------------	------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・水漏れ

原因

・ドアパッキンに異物が付着していました



処置、作業内容

- ・異物を除去しアジャスターの調整をしました
- ・各種点検、清掃、運転確認

特記事項

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

1. 有償 2. 無償

部品代 合計

技術料

出張料

合計

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

〒722-0024 尾道市西則末町8-20
医療法人社団仁至会河上歯科医院
理事長 河上 嘉範
TEL 0848-22-2882

日

印

株式会社 IHI物流産業システム

修理業者

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊池 '22/01/25	富田 '22/01/24	安田 '22/01/21