

点検・修理報告書

管理 No 211023
発行日：2022 年 1 月 28 日

機種/型式	WD-150		
作業年月日	2022 年 1 月 25 日		作業時間： Hr
顧客名	中西歯科医院 様		TEL： 082-251-6480
所在地	広島県広島市南区比治山本町16-35 広島産業化センター 1 2 F		ご担当 様
販売店	(株)玉井歯科商店 広島店		ご担当 大西 様
納入年月日	2014 年 11 月 17 日	保証期間 内 ☐ 外 ☒	付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐		
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐		

装置情報	製造番号： 14060100	運転回数： 3373
不具合状況、依頼内容、異常履歴		
・電源が落ちて入らなくなった		
原因		
・工場では不具合が再現せず通常通り電源が入り運転確認をしたが正常に処理することができました。		
想定原因：排水ポンプのコンデンサーに内部漏水の水が飛散してショートが発生したと想定		
処置、作業内容		
・水漏れ箇所を究明し修理後確認運転を行った。		
水漏れ箇所：循環ポンプ接手周辺より少量の水漏れ		
・各種点検、清掃、運転確認		
特記事項		

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					
		1. 有償 2. 無償	部品代 合計		
			技 術 料		
			出 張 料		
			合 計		

お客様ご確認署名欄

- ・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。
- ・本点検によって知り得た個人情報、他の目的では使用いたしません。

医療法人 菊した会 中西歯科医院
理事長 中西保二 印
ご署名

修理業者

株式会社 IHI物流産業システム

岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
菊 '22/01/25 池	富 '22/01/25 田	安 '22/01/25 田