

点検・修理報告書

管理 No. 210523

発行日: 2021年10月7日

IC Clave	
作業年月日	2021年9月16日 作業時間: 8 Hr
顧客名	くろだ歯科クリニック 様 TEL: 0823-21-7088
所在地	広島県呉市郷町6-31 ご担当 様
販売店	(株)東歯科商店 ご担当 多田 様
納入年月日	2016 年 8 月 22 日 保証期間 内 ☐ 外 ☒ 付属品
作業区分	保守点検 ☐ 総合点検 ☐ 年 回目 定期点検シール記入 ☐
出張・引取	修 理 ☒ 点検のみ ☐ その他 ☐ 修理表示貼付 ☐

装置情報	製造番号: 100160	運転回数: 7064回
------	--------------	-------------

不具合状況、依頼内容、異常履歴

・エラー 1 6 蒸気注入異常が発生した。

原因

・蒸気弁の故障により蒸気が缶内に注入されず、エラー 1 6 が発生したと考えられます。

処置、作業内容

・蒸気弁を交換しました。

特記事項

・経年劣化が見られたので、回水弁を交換しました。

・缶内フィルターのOリングとメッシュを交換しました。

・アジャスタ破損のため、交換しました。

	交換部品名称	部品コード	数量	単価	小計
1	蒸気弁		1		
2	Oリング		1		
3	メッシュ		1		
4	アジャスタ		1		
5					
6					
7					

1. 有償 ☐ 2. 無償 ☒	部品代 合計	
	技 術 料	
	出 張 料	
	合計	

お客様ご確認署名欄

・内容をよくご確認の上、ご署名頂きますようお願い申し上げます。

・本点検によって知り得た個人情報等は、他の目的では使用いたしません。

2021 年 10 月 11 日

ご署名 黒田 裕樹 

修理業者

株式会社IHI物流産業システム
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL: 086-944-6528
 FAX: 086-942-9030

品証	責任技術者	作業者
		