

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

ウォッシャーディスインフェクター IC Washer 設置報告書

IHI用

お客様	名称	安芸やまもと歯科 様	製造番号	100566	ご確認	
	住所	高知県安芸市東浜字ミヤケダ60-3	納入検査実施日	2021年12月 3日		
			納入検査実施者	エムシーサービス㈱岡山サービスセンター 西村、新田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目	
ドア	レ	開閉動作確認	外装・設置	レ	本体の水平確認 ドアLOCK位置確認	
	レ	ドアパッキンキズ・汚れ点検		レ	アジャスタフットの緩み・設置状態	
	レ	ドアロックユニット作動確認		レ	キズ・汚れ	
	レ	ドア緊急時開放スイッチ機構確認		レ	ドア開閉時装置設置位置がずれないこと	
	レ	ドア開放スイッチON時の開放状態	スペース	レ	装置設置スペースの確保 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	
洗剤ポンプ	レ	洗剤レベルセンサ配線、配管取付	制御	レ	運転プログラムの確認(規定消毒温度・時間)終了後タッチパネル確認	
	レ	洗剤ホースのキズ・折れ・曲がり・継ぎ手の漏れ		レ	タッチパネル表示確認・履歴の確認	
	レ	洗剤投入量の確認		レ	ラック仕様切換(ハントピースラック・標準ラック)	
	レ	ローラーポンプの動作確認		有・無	温水使用切換	
給排水	レ	外部給水ホースの取付状態、水漏れ	評価 価能	レ	インジケーターによる残渣判定(TOSI)	
	レ	排水ホースの取回し(背圧・ラック引出時影響・臭気トラップ)		レ	周波数と設置ICWの一致	
	レ	お湯・水配管(供給状態に問題は無い、水ノ湯逆配管NG)		レ	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付	
	レ	給水・給湯流量(水・お湯の分岐・開業時流量 影響)		レ	運転・お手入れ方法の説明	
	レ	給湯温度(45～50℃)		レ	装置内運転時異音・振動	
電装系	レ	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ	運転 検査 結果	☒ 良好 ☐ 不良		トシ
	レ	ディスプレイの色あせ・表示確認				
	レ	電源スイッチの作動状態				
	レ	SDカードの挿入・取外性				
	レ	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと (漏電・熱注意)				
	レ	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ				

特記事項

コンセント電圧: 207V

株式会社IHI物流産業システム
 環境ソリューションBU サービスグループ
 〒704-8122
 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
 TEL 086-944-6528
 FAX 086-942-9030

クラスBオートクレーブ IC Clave 設置報告書

IHI用

お客様	名称 安芸やまもと歯科 様	製造番号 300202	確認	申元
	住所 高知県安芸市東浜字ミヤケダ60-3	納入検査実施日 2021年12月 3日		
		納入検査実施者 エムシーサービス㈱岡山サービスセンター 西村、新田		

項目	判定	検査項目	項目	判定	検査項目
ドア・パッキン	✓	ハンドル開閉検出確認	電装系	✓	タッチパネルの作動状態・キズ・汚れ
	✓	ドアロックユニット作動確認		✓	ディスプレイの色あせ・表示確認
	✓	ドアパネル・ハンドルのキズ・汚れ		✓	電源スイッチの作動状態
	✓	ハンドルキズ・汚れ		✓	SDカードの挿入・取外性
缶体	✓	割れ・キズ・腐食・汚れの有無	外装・設置	✓	電源コードが排気口近傍に配置されていないこと
	✓	滅菌温度センサの汚れ		✓	電源コード・プラグのキズ・よれ・汚れ
	✓	棚、トレイのキズ・汚れ		✓	本体の水平確認 設置時ガタツキがないこと。
	✓	缶内フィルタのキズ・汚れ・取外・取付性		✓	アジャスタフット・ナットの緩み・設置状態
給水タンク	✓	給水タンクの内部汚れ	制御	✓	キズ・汚れ
	✓	水フィルタキズ・汚れ・取外・取付性		✓	制御パネルカバーのキズ・汚れ・損傷
	✓	ゴム蓋の取付状態 機械室に水が入らない蓋の取付取外しに問題が無いか		✓	運転プログラムの確認(規定滅菌温度・時間)
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	タッチパネル表示確認・履歴の確認
排水タンク	✓	LOW(水切)/High(満水)フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致	性能評価	✓	B&Dテスト実施
	✓	タンク内に汚れはないか		✓	リークチェックテスト
	✓	フロートスイッチ作動とタッチパネル表示の一致		✓	0点調整
	✓	装置正面のコネクタからの排水ホース排水コネクタ部からの水漏れ(無いこと)		✓	付属品の確認・銘板・メンテ銘板記入貼付
スペース	✓	設置スペースの確保 右90×左50×背面75×天面250mm以上 熱気排気障害物、近傍の熱発生体がないこと	その他	✓	運転・お手入れ方法の説明
				✓	装置内運転時異音

特記事項

コンセント電圧: 207V