

D 作業報告書

得意様	井上秀人 歯科バリーズクリニック 様			ご承認印	
住所	北名古屋市小倉南三湯川1-2-3			氏名	長瀬
TEL	093-922-8841	署名		依頼	様
機種型式	BC-17	号機	14060082	回	
完了	継続	有料	無料	製番	14060082
取扱業者名	様			ご担当者	様

ご依頼内容・現象
 エラ-30 が頻発する
 (滅菌行程後 排蒸時)

原因
 真空ポンプ作動不良が考えられます。

処置
 ・真空ポンプ分解・取外し、チェック後、交換作業実施
 ・交換後、組付け、復旧、試運転
 ・バキュームテスト、デントルモード実施にて動作・漏れチェック。

最終確認チェック ☐ 漏れ ☐ 行程異常 ☐ 異音・異臭 ☐ 安全装置動作 ☐ 絶縁 ☐ プログラム設定 ☐ 試運転 ☐ 最終検査終了

お客様への伝言	隣の機種のコンディション
	メーカー
	機種
	☐ 異常なし ☐ 警報・Er ☐ 漏れあり ☐ 異常あり ☐ 破損あり ☐ 劣化あり
☐ 別紙添付 ☐ あり ☐ なし	

作業日 2017年3月13日

保守形態	1 保守契約	2 性能点検	3 点検	4 点検	5 点検	9 点検 (検要✓)
サービス形態	1 保守期間	2 3ヶ月	3 CM	医療機器	区分	特 非
作業区分	09 製品販売	10 納入設置	11 現地搬送	20 定期点検	30 性能検査	40 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC
					80 アフター	90 その他

(24時制で記入)

受付時間 月 日 時 分

出発時間 月 日 時 分

到着時間 月 日 時 分

作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	真空ポンプ	1		

1	基本・据付・点検・性能・ (見積書No.)	
2	技術料 2 H× / 名× 2,500 円	75,000
3	派遣料 / 名× 円 (市内料金)	7,200
4	宿泊費 泊× 名× 円	
5	諸経費	3,000
6		

サービス担当者 北村HSC 実施者 久岡

TEL - -

メモ

特記事項
 請託: IHJシナウ

①管理No. 787122

②作業日 20170313

③Uコード 0939228841

④機種コード 11-09

⑤製造No. 14060082

⑥保守・サービス形態 9-2-50

⑦故障コード 32-201-1

⑧実施SC 66

⑨技術者 37

⑩同行・応援

⑪原因・処理

料金内訳

⑬A
 部品代

⑭B
 技術料等 25 200

⑮

⑯
 税別合計金額 25 200

B
 消費税 2 076

ご請求金額 ¥ 27 216

納品書No. 10867