


医療機器の貸出に関する確認書

2018 年 12 月 13 日
返却確認日 年 月 日

貸出元 株式会社IHIアグリテック
所在地 岡山県岡山市東区西大寺新地170-6
TEL:086-944-6528
FAX:086-942-9030

貸出先 みねおか歯科クリニック
所在地 〒753-0851 山口県山口市黒川572-4
管理責任者 TEL 0839331818 FAX 0839331810
氏名



院長 峰岡 哲郎

貸出目的

☐ デモ
☐ 研修

☐ 臨床使用
☐ 研究目的

☐ 緊急時対応
☐ 納期遅延対応

☒ 故障・修理対応
☐ その他()

品名	数量	設置場所	期間	症例数
IC Clave シリアルno.(100/89)	1	みねおか歯科クリニック 様		

●貸出期間中の費用負担:

1. 当該医療機器の設置
2. 撤去
3. 保守・修理費
4. 消耗品等
5. その他の費用

●貸出期間が満了した当該医療機器は、速やかに貸出元に返却する。

〈お取引先商店名〉

〈ご担当者名〉

- ・必要事項をご記入いただき、FAXにてご返信ください。確認書が到着後、弊社貸出予約受付完了となります。
- ・貸出品の在庫状況により商品の発送に時間を頂く場合がございますので、ご了承ください。
- ・先にFAXなどで貸出依頼、ご予約をされた場合につきましては、「医療機器の貸出に関する確認書」を、貸出機に同梱いたしますので、必要事項をご記入いただき、貸出機器の返却と一緒にご送付いただいても結構です。
- ・貸出機器の発送先はご要望があれば余白や別紙にて発送先をご指示頂ければ、ご対応いたします。ご要望が無い場合は、お取引店様へ発送させていただきます。

《不具合対応報告書》

担当者: 芳井

【発生日】 2018 年 12 月 10 日

【対応日】 年 月 日

【連絡元】 ☒モリタ (担当者: 学園 2人) 090-1487-5040 (ただし、担当はモリタ九州のよう)

☐ユーザー
☐その他 ()

【ユーザー名 & 県名】 みねおか歯科 山口県

IC Washer【機番: 】

IC Clave【機番: 10024】

【症状】

【症状】 エラー12発生。パッキンの内題と思いテラーカ1パックを交換した代。(1回間に1度発生する。量と減らしたと動いた。対策をほとんどしていない機械。代替用売したと直接ユーザーに連絡

【対応方法】 ☐引取り修理 (代替機no.)

【対応方法】 ☒引取り修理 (代替機no. 100189)

☐現地対応

☐現地対応

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

《対応内容》 ☐部品交換 ()
☐その他 ()

学園2人に連絡あり。

12/13 学園よりTELあり。
朝から動かないとのこと。
A方入替え。

【給水方法】 ☐水

【給水方法】 ☐アイオニー使用

☐水 & お湯

☐精製水購入

☐その他 ()

【ラック種類】 ☐標準ラック

【滅菌バッグ】 ☐ディスボ

☐ハンドピース用ラック

☐リユース

《メクラ栓の使用》 ☐有 ☐無

《SUSフィルターの洗浄》 ☐有 ☐無

【網の種類】 ☐トレー棚

☐網バスケット

【備考】

【ハンドピースの滅菌】 ☐有 ☐無

【設置場所】

⑤ 【備考】 ユーザーからの要望

1. モリタへの注文時に故障の少ない機器の提供を求めたとの事。
2. 返却時は、時間帯の打合せ連絡をいただきたい。(医院へ)

エムシー 担当 上野 070-3196-9607