

00001/0001

エムシーサービス

2020 04/06 16:34 FAX 0932845501

作業報告書

得意様	山形県歯科クリニック		様	ご承認印
住所	山口市黒川572-4			
TEL	083-933-7818	室名		
機名	クラスBオートクレーブ	メーカー	ELI (IHIアグリテック)	
型式	IC Clave	(号機)		
製造番号	700024			
完	継続	有料	無料	運送回数
				1748

ご依頼内容・現象
排水カフロ部より水漏れ。
(ご依頼者 様)

原因
排水カフロ 内部にゴミが挟まり、
水が微量に漏れ出したと考えられます。

- 処置
- ☒ 部品交換 (右記部品一覧を参照して下さい)
 - ☐ 各部増締め
 - ☐ 分解・再セットアップ
 - ☐ 各部清掃
 - ☐ グリスアップ
 - ☒ 動作確認
 - ☒ 設定・プログラムの確認
 - ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表を参照して下さい)
 - ☐ 性能検査立ち会い
 - ☒ 試運転
 - ☒ 最終検査終了・異常なし

- 排水カフロ交換, 排水テスト
- B/Cテスト実施に2 動作・漏水テスト

お客様への伝言

作業日 20 20 年 04 月 03 日

保守形態	1 保守契約	2 点検整備	3 点検整備	4 点検整備	5 点検	9 点検 (欲要✓)					
サービス形態	1 保守契約	2 点検整備	3 CM	医療機器	3 区分	特 非 特 非					
作業区分	00 部品交換	10 部品交換	11 部品交換	20 定期点検	30 性能検査	40 点検	50 点検	60 点検	70 点検	80 点検	90 点検
	70 PR	72 取扱説明	73 改造	74 部品納入	75 下見	77 FC	80 アフター	90 その他			

受付 月 日 時 分
到着時間 月 日 時 分
作業完了時刻 月 日 時 分

コード	交換部品・機材名称	数量	単価	金額
	排水カフロ	1		

1	基本・据付・点検・性検	(見積書No.)	
2	技術料	1 H× 名× 円	8,000
3	派遣料	200km 名× 円	20,000
4	宿泊費	泊× 名× 円	
5	諸経費		3,000
6	商運料		5,560

サービスセンター	北九州SC	実施者	久岡
TEL			

取扱業者 (請取先)

IHIアグリテック

(支店名)

(ご担当者)

(注文No.)

医療機器の修理・点検 (医療機器修理無許可取得)・販売

エムシーサービス株式会社

TEL 026-273-0720 FAX 026-273-4074

減価センター

TEL 026-273-2230 FAX 026-273-2250

梅田メディカル株式会社

TEL 026-273-4116 FAX 026-273-4116

管理No. 824354

左記作業をおこないましたので、ご検収下さい。

なお、不明な点がございましたら、上掲の管理Noにてお問い合わせ下さい。

料金内訳	
⑬A	部品代
⑭B	技術料等
⑮	
⑯	
税別合計金額	36,560
消費税	3,656
ご請求金額	40,216
納品書No.	