

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

請求先用

管理No.	4161	作業日/納入日	2021/08/24(火)	ご依頼日/受付	2021/08/24(火)
お得意様	井上秀人歯科ペリズクリニック			様	ご依頼者
住所	福岡県北九州市小倉南区湯川1丁目2-3			室名	
TEL	093-922-8841			保守契約	
実施センター	北九州SC	TEL	093-284-5500	作業者	久岡貞弘
同行		同行		同行	
メーカー	IHI物流産業システム	型式	BC-17-		
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当
作業区分	修理	製造番号	14060082	運転回数	4231 回
完了・継続	<u>完了</u> 継続	有料・無料	<u>有料</u> 無料		
請求先	株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.	
支店名		ご担当者	様	見積No.	

連絡事項

ご依頼内容・現象	エラー30が発生する (891 / 1000)		原因	排蒸行程にて真空ポンプ作動不良の為
	エラーNo・コード			

処置	☒ 部品交換 ☒ 各部清掃 ☒ 動作確認 ☐ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転	☐ 各部増締 ☐ グリスアップ ☒ 設定・PG確認 ☒ 異常なし	真空ポンプ交換、デンタルモード運転にて動作・漏れチェック。
----	--	---	-------------------------------

交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	T00101420	真空ポンプ	1.00	62,000	62,000		

作業費用	技術料	平日	1.0 H X	1 名 X	8,500 円 =	8,500 円	合計	部品合計	62,000 円
	派遣料	1.0 名 X	8,600 円 X	km X	1 回 =	8,600 円		作業合計	20,100 円
	宿泊費	泊 X	名 X	円 =	円				円
	諸経費				3,000 円				円
					円			税別合計金額	82,100 円
					円			消費税(10%)	8,210 円
					円			ご請求額	90,310 円

お客様への伝言

作業者	お客様サイン	責任技術者	検印	納品書
久岡	長瀬	久岡	長川原	小林

納品書No.
4411