

作業報告書

M エムシーサービス株式会社

業者控用

管理No.	6357	作業日/納入日	2021/12/16(木)	ご依頼日/受付	2021/12/13(月)		
お得意様	井上秀人歯科ペリーズクリニック 様			ご依頼者	様		
住所	福岡県北九州市小倉南区湯川1丁目2-3			室名			
TEL	093-922-8841			保守契約			
実施センター	北九州SC	TEL	093-284-5500	作業者	久岡貞弘		
同行		同行		同行			
メーカー	IHI物流産業システム	型式	BC-17-				
機種名	小型高圧蒸気滅菌器	医療機器区分	3区分	特定保守	該当		
		製造番号	14060082	運転回数	4508 回		
機器2型		製造番号		機器3型			
機器4式				機器5式			
作業区分	修理	完了・継続	完了	継続	有料・無料		
					有料 無料		
請求先	株式会社IHI物流産業システム 環境ソリューションBU			注文No.			
支店名		ご担当者	様	見積No.			
連絡事項							
ご依頼内容・現象	エラー31(缶内加圧異常)が発生する (1168 / 1000)		原因	排気電磁弁作動不良(漏れ)の為、圧力が抜けていた。			
処置	☒ 部品交換 ☒ 各部清掃 ☒ 動作確認 ☒ 点検表に基づく点検整備 (別紙点検表参照) ☒ 試運転		☒ 各部増締 ☐ グリスアップ ☒ 設定・PG確認 ☒ 異常なし	排気電磁弁交換。ドアパッキン潰れ・劣化の為交換。 給水タンク・排水タンク・給水電磁ポンプストレーナー分解、清掃作業。 定期メンテナンス実施。 デンタルモード運転にて動作・漏れチェック。			
交換部品	部品コード	交換部品	数量	単価	金額	備考	請求先備考
	T00101980	排気電磁弁	1.00				
	T00100460	ドアパッキン	1.00				
作業費用	技術料	H X 名 X 円 =	円	合計	部品合計	円	
	派遣料	1.0 名 X 円 X km X 1 回 =	円		作業合計	円	
	作業費(点検作業含む)		円			円	
	宿泊費	泊 X 名 X 円 =	円			円	
	諸経費		円		税別合計金額	円	
			円		消費税(10%)	円	
			円		ご請求額	円	
			円				
お客様への伝言							
作業者	お客様サイン						
久岡	田中						